

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº0039.2023.CPL.FPPP.PE.0018.UPE-PETROLINA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº0018/2023**

ERRATA DE LICITAÇÃO

➤ **13. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS**

ONDE SE LÊ:

Nº	Código	Descrição	Quant.	Unidade de medida	Valor de referência unitário	Valor estimado
5	2929996	(2929996) - TERMOCICLADOR - COM CAPACIDADE PARA 96 AMOSTRAS DE 0,2ML DE DUPLA FORMA, EM MICROTUBOS OU PLACAS PCR, DESTINADO A DETECCAO, QUANTIFICACAO E MONITORAMENTO DE DNA, COMPOSTO POR SISTEMA OPTICO COM LAMPADA HALOGENICA, 05(CINCO) FILTROS DE EXCITACAO, 05(CINCO) FILTROS DE DETECAO, DETECTOR CCD, TERMOMODULO E COMPUTADOR, PARA MICROTUBOS DE 0,2ML OU PLACA PCR (96 WELLS), TEMPERATURA DE TRABALHO DE 4,0 A 100 °C, ACURACIA DO TERMOBLOCO +/- 0,25° C E UNIFORMIDADE DE +/- 0,5° C,, SOFTWARE VALIDADO PARA QUANTIFICACAO DE AMOSTRAS FORENSES POR PCR EM TEMPO REAL . SOFTWARE PARA AUTOMATIZACAO DE ANALISE DE ESTUDOS DE QUANTIFICACAO PARA EXPRESSAO GENICA. SOFTWARE PARA IMAGENS,, ACOMPANHA: TODOS OS ACESSORIOS PARA SEU PLENO FUNCIONAMENTO., ALIMENTACAO: 100-130V/200-240V, FREQUENCIA 50-60 HZ, GARANTIA: MINIMA DE 12 ANOS MESES	2,00	UN	R\$ 42.182,22	R\$ 84.364,45

LEIA-SE:

Nº	Código	Descrição	Quant.	Unidade de medida	Valor de referência unitário	Valor estimado
5	2929996	(2929996) - TERMOCICLADOR - COM CAPACIDADE PARA 96 AMOSTRAS DE 0,2ML DE DUPLA FORMA, EM MICROTUBOS OU PLACAS PCR, DESTINADO A DETECCAO, QUANTIFICACAO E MONITORAMENTO DE DNA, COMPOSTO POR SISTEMA OPTICO COM LAMPADA HALOGENICA, 05(CINCO) FILTROS DE EXCITACAO, 05(CINCO) FILTROS DE DETECAO, DETECTOR CCD, TERMOMODULO E COMPUTADOR, PARA MICROTUBOS DE 0,2ML OU PLACA PCR (96 WELLS), TEMPERATURA DE TRABALHO DE 4,0 A 100 °C, ACURACIA DO TERMOBLOCO +/- 0,25° C E UNIFORMIDADE DE +/- 0,5° C,, SOFTWARE VALIDADO PARA QUANTIFICACAO DE AMOSTRAS FORENSES POR PCR CONVENCIONAL . SOFTWARE PARA AUTOMATIZACAO DE ANALISE DE ESTUDOS DE QUANTIFICACAO PARA EXPRESSAO GENICA. SOFTWARE PARA IMAGENS,, ACOMPANHA: TODOS OS ACESSORIOS PARA SEU PLENO FUNCIONAMENTO., ALIMENTACAO: 100-130V/200-240V, FREQUENCIA 50-60 HZ, GARANTIA: MINIMA DE 12 ANOS MESES	2,00	UN	R\$ 42.182,22	R\$ 84.364,45

PETROLINA, 22 DE DEZEMBRO DE 2023.

**ANNE CARINNE DA COSTA SILVA
PREGOEIRA**



Documento assinado eletronicamente por ANNE CARINNE DA COSTA SILVA, Pregoeira e matrícula 120626, em 22/12/2023, às 11:06.



Documento autenticado por ANNE CARINNE DA COSTA SILVA, Pregoeira e matrícula 120626, após conferência com Documento original , em 22/12/2023, às 11:06.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx>, informando o código de validação **2428011b-4ef0-4cf0-ae9e-afa2e30bb268**
